


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 韦绍兴	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 百色市检验检测中心	
项目信息	项目名称: 血透机无创血压计升级采购	
	供应商名称: 杏康医疗设备(上海)有限公司	
专业人员论证意见	<p> 本项目于2022年4月起使用车辆医疗科科室血液透析机, 本项目是: 升级血透机的无创血压计功能, 该无创血压计必须能从原血透机获取数据接口, 通过机后端的血压监测, 才能满足设备在线连续动态监测透析患者的血压, 而原设备拥有知识产权保护, 其他厂商无法获取该设备数据, 无法获取合适可用的无创血压计数据接口, 无法升级本院血透机无创血压计功能, 为保证原有采购项目一致性和服务配套的要求, 经继续从原供应商处采购。 </p> <p> 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十九条相关规定, 采用单一来源采购方式选定杏康医疗设备(上海)有限公司为本项目的供应商。 </p>	
专业人员签字		日期2022年4月27日

论证会专家人员签到表

专家需求表

项目名称：血透机无创血压计升级采购

序号	姓名	工作单位	职称或职务	联系电话	备注
1	周江道	百色市食品药品检验所	主管药师	13977696166	
2	韦国锋	右江民族医学院	教授	13977825263	
3	韦绍兰	百色市检验检测中心	高级工程师	13307767324	

2022年4月27日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 周江道	
	职称: 主管药师	
	工作单位: 百色市食品药品检验所	
项目信息	项目名称: 血透机无创血压计升级采购	
	供应商名称: 杏康医疗设备(上海)有限公司	
专业人员论证意见	<p>采购单位于2015年4月起使用东丽医疗科技血液透析机,本次的项目是:升级血透机的无创血压计功能,该无创血压计必须要从原血液透析机获取数据接口.通过机子启动血压监测,才能满足设备在线连续动态监测透析患者的血压,而原有设备拥有知识产权保护,其他厂商无法获取该设备数据,无法获取合适可用的无创血压计数据接口,无法升级本院血透机无创血压计功能,必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处采购。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条相关规定,采用单一来源采购方式,选定杏康医疗设备(上海)有限公司为本采购项目供应商。</p>	
专业人员签字	周江道	日期2022年4月2日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>靳国峰</u>	
	职称: <u>教授</u>	
	工作单位: <u>右江民族医学院</u>	
项目信息	项目名称: <u>血透机无创血压计升级采购</u>	
	供应商名称: <u>杏康医疗设备(上海)有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>采购单位于2015年4月起使用某前医疗科技血液透析机,本次的项目是:升级血透机的无创血压计功能,该无创血压计必须要从血液透析机获取数据接口,通过机子启动血压监测,才能满足设备在线连续动态监测透析患者的血压,而原有设备拥有知识产权保护,其他厂商无法获取该设备数据,无法获取合适可用的无创血压计数据接口,无法升级本型号血透机无创血压计功能,必须保证原有采购项目一致性或者服务配套要求,需要继续从原供应商处添购。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条相关规定,采用单一来源采购方式,选定杏康医疗设备(上海)有限公司为本采购项目的供应商。</p>	
专业人员签字	<u>靳国峰</u>	日期 <u>2022年4月2</u> 日